

AUTO DE PENHORA, DEPÓSITO, INTIMAÇÃO DO PRAZO DE EMBARGOS E AVALIAÇÃO

AUTOS: 1557-62/2022
AUTOR: ESTADO DO PARANÁ
RÉU: MEDWONED INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Aos 18 dias do mês de AGOSTO de 2023, dirigi-me ao endereço indicado, em cumprimento ao respeitável mandado expedido por ordem do MM. Juiz de Direito e lá estando, após as formalidades legais passei a proceder a penhora sobre o(s) bem(ns) a seguir:

1-		VALOR:
2-	<u>14 CAMAS FOWLER ELÉTRICA COMEVI</u>	VALOR: <u>166.040,00</u>
3-	<u>11860,00 (CAMAS) DESCRIÇÃO ANEXA</u>	VALOR:
4-		VALOR:
5-		VALOR:
6-		VALOR:
7-		VALOR:
8-		VALOR:
9-		VALOR:
10-		VALOR:
11-		VALOR:
12-		VALOR:
13-		VALOR:
14-		VALOR:
15-		VALOR:
16-		VALOR:

CERTIFICO QUE após proceder a penhora, conforme auto lavrado, **INTIMEI O DEVEDOR** ALNON FAVIO DOS SANTOS, o qual após ouvir a leitura do mandado e do auto de penhora, aceitou as cópias que lhe ofereci e exarou o seu ciente.

Em seguida este(s) bem(ns) foi(ram) depositado(s) em mãos do próprio devedor, que aceitou o encargo de fiel depositário, comprometendo-se a não abrir mão do bem sob sua guarda a não ser com ordem expressa do MM. Juiz de Direito do feito, sob as penas e formalidades da lei.

Ato contínuo, avaliei o(s) bem(ns) acima penhorado(s) no **valor total de R\$** 166.040,00 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA REAIS) Do que para constar lavrei o respectivo auto que lido e achado conforme vai devidamente assinado.

Pinhais, 18 de AGOSTO de 2023.


DEPOSITÁRIO DEVEDOR
ALNON FAVIO DOS SANTOS
CPF 623.081.703-40

OFICIAL DE JUSTIÇA





Medworld
Móveis Hospitalares



Pld 1053 - Cama Fowler Elétrica Confort

- Cama articulável para movimentos fowler, semi-fowler, trendelenburg, flexão, cardíaco, sentado e elevação;
- Acionamento dos movimentos através de motor elétrico com controle manual;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência;
- Base de tubos retangulares e carenagem em material termoplástico de alta resistência;
- Para-choques rotativos de borracha na cabeceira e peseira;
- Quadro do leito em tubos retangulares;
- Leito em chapa de aço;
- Rodízios de 4" de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal;
- Grades em material termoplástico com movimentos articuláveis e com amortecimento;
- Acabamento com pintura eletrostática a pó;
- Acompanha suporte de soro cromado;
- Ângulos máximos: cabeceira 54°, peseira 33°, trendelenburg 8°;
- Carga de trabalho de segurança: 200 kg;
- * Dimensões máximas: comprimento 2200 mm x largura 1065 mm x altura máx. 1225 mm x altura mín. 1040 mm;
- * Dimensões leito: comprimento 1895 mm x largura 865 mm x altura máx. 810 mm x altura mín. 585 mm.

